

## ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

Фрушкогорска бр. 32, 21000 Нови Сад

Број:08/10

Датум:07.11.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – медицинска опрема (електрични кревети, кревети за купање, амболифт и сл.), ЈН ОП 08/2019, образована Решењем директора установе бр.08/3 од 30.10.2019. године, сачинила је дана 06.11.2019. године

### ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТИ, КРЕВЕТИ ЗА КУПАЊЕ, АМБОЛИФТ И СЛ.), ЈН ОП 08/2019

У делу 2. Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019. године тачка 2.6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА), у табели ставка под редним бројем 1. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ мења се и сада гласи:

1.	<b>ЕЛЕКТРИЧНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Све функције кревета и контролне јединице (даљинске команде) покрећу четири „Linak“ <b>или одговарајући</b> електромотора</li><li>• „Linak“ <b>или одговарајући</b> даљинске команде за пацијента или болнички персонал са закључавањем свих функција кревета. Свака функција на даљинском управљачу посебно се закључава</li><li>• Лежиште кревета је 200 x 90 цм, одвојено у четири секције (подесиве дужине: 40-80цм) које су израђене од дрвених гредица тзв. латофлекс подлога. Душеци и системи против декубитуса максималне дебљине 17 цм, могу се користити у лежишту за негу без потребе за продужавање бочне висине кревете. Метални делови кревета обложени су полиестерским прахом</li><li>• Спољне димензије кревета 212 x 101 цм</li><li>• <b>Електрично подешавање висине лежишта од 40-80 цм</b></li><li>• Електрично подешавање наслона за леђа од 0 ° - 70°</li><li>• Електрично подешавање узножја од 0 ° -35 °</li><li>• Електрично подешавање нагиба узножја према лежишту кревета до 10 °</li><li>• Тренделембург / анти-Тренделембург положај (позиција анти-Тренделембург се може подешавати нагињањем основе душека)</li><li>• Формирање (кардиолошке) столице</li><li>• Четири „TENTE“ <b>или одговарајући</b> точка са кочницом</li><li>• Заштитне бочне ограднице од дрвета са обе стране кревета које се могу спуштати и подизати до 37цм висине</li><li>• Панели узглавља и узножја направљени су од буковог дрвета</li><li>• Носач за трапез са трапезом</li><li>• Максимална укупна носивост кревета: 185кг.</li></ul>	ком	10
----	--	-----	----

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Измене и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници ([www.gerontns.co.rs](http://www.gerontns.co.rs)).

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова понуда ће бити одбијена.