

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

Фрушкогорска бр. 32, 21000 Нови Сад

Број:08/8

Датум:04.11.2019. године

Појашњење Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019, ЈН ОР 08/2019

Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку добара – медицинска опрема (електрични кревети, кревети за купање, амболифт и сл.), код Наручиоца заведеног под бр.08/7 од 01.11.2019. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:

Питање:

1. Stavka 1 Električni bolnički krevet

-Navedeno je da sve funkcije kreveta i kontrolne jedinice (daljinske komande) pokreću četiri Linak elektromotora . Pošto u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nije odzvoljeno navoditi nazive proizvođača ili modele , tipove , brendove bez oznake " ili odgovarajuće " molimo Vas da dopunite opis elektromotora navodeći " ili odgovarajuće " i slično.

- Navedeno je Linak daljinske komande za pacijenta ili bolnički personal sa zaključavanjem svih funkcija kreveta . Molimo Vas da precizirate da li se traži krevet sa jednim daljinskim za pacijenta ili je potrebno isporučiti jedan daljinski za pacijenta , a drugi za bolničko osoblje. Takođe kod naziva Linak mora se dodati " ili odgovarajuće " .

- Navedeno je Ležište kreveta 200 x 90 cm odvojeno u četiri sekcije (podesive dužine 40-80 cm) . - Molimo vas da pojasnite šta tačno znači podesive dužine 40-80 cm .

- Zahteva se električno podešavanje rekliniranja ležišta od 40-80 cm . Molimo Vas da pojasnite šta znači reč " rekliniranje " pošto nam ta reč nije poznata .

-Zahtevano je da krevet poseduje bočne ograde od drveta , kao i da paneli uzglavlja i uznožja budu od bukovog drveta. Molimo Vas da pojasnite od kog su tačno materijala ograde i paneli i da li se stvrano misli na drvo ili neki drugi materijal . Ukoliko zaista zahtevate da budu израђени од дрвета односно боровог дрвета требало би да сте упознати са чињеницом да дрво као материјал није погодно за израду делова болничких кревета или кревета за установе колективног смештаја пошто дрво каолико год да је обрађено , лакирано , заштићено није погодно за дезинфекцију и лако чишћење што може довести до појаве и ширења инфекција . Одговарајући материјал за болничке кревете је универ који је пресвућен тако да може да се чисти и дезинфикује или неки други материјал нпр. пластика или ламинат пошто дрво није материјал који је у складу са стандардима за израду болничких кревета . Molimo Vas da ovo detaljno objasnite i obrazložite .

-Navedeno je i da krevet poseduje četiri točka TENTE što je takođe marka određenih točkova tako da i ovde mora biti dodata oznaka " ili odgovarajuće " .

2. Stavka 2 - Antidekubitalni dušek - Nisu navedene dimenzije , odnosno informacija da li treba da odgovara ponuđenom krevetu pa je potrebno dostaviti objašnjenje kako ponuđači ne bi bili u zabludi.

3. stavka 3 - Da li se radi o običnom dušek za koji ne treba Rešenje ALIMS-a pošto je za predhodnu stavku navedeno antidekubitni i traži se Rešenje ALIMS-a , a kod ove stavke ne piše ništa . Molimo Vas da to pojasnite.

Појашњење:

1. Електрични болнички кревет

- Како није дозвољено наводити називе произвођача или моделе, типове, брендове без ознаке „или одговарајући“, Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације.
- Наручилац тражи електрични кревет са једним даљинским управљачем на каблу за пацијенте.
- Лежећи део кревета се састоји од четири сегмента (секције) различитих дужина. Узглавље треба да има дужину 80цм, део испод карлице 30цм, део испод бутина од 30цм и део испод потколенице од 60цм.
- Подесиве дужине 40-80цм значи да лежећа површина кревета од пода треба да буде у распону од 40 – 80цм.
- Реклинирање је промена положаја, на пример из седећег у лежећи.
- Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији односно да ограда мора бити од буковог дрвета.

2. Антидекубитални душек

Антидекубитални душек мора да одговара димензијама електричног болничког кревета који је предмет ове јавне набавке.

- 3.** Наручилац захтева обичан душек и за њега није потребно доставити Решење ALIMS-а.

Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019. године за ЈН ОП 08/2019.

Комисија за ЈН ОП 08/2019