

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Нови Сад
Број:08/11
Датум:07.11.2019. године

Појашњење Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019, ЈН ОП 08/2019

Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку добара – медицинска опрема (електрични кревети, кревети за купање, амболифт и сл.), код Наручиоца заведеног под бр.08/9 од 05.11.2019. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:

Питање:

Обраћамо Вам се због следећих нејасноћа у конкурсној документацији и одговору на постављена питања који сте објавили 04.11.2019. у поступку ЈН ОП 08/2019 Медицинска опрема :

Ставка 1 Електрични болнички кревет

- Molimo Vas da tačno navedete od kog su materijala napravljene bočne ograde i od kog su materijala napravljeni paneli uzglavlja i uznožja bolničkog kreveta pošto dostavljen odgovor nije razjasnio ovo pitanje .

- Molimo Vas da pojasnite termin "recliniranje" pošto objavljeni odgovor nije logičan . U konkursnoj dokumentaciji je zahtevano recliniranje 40-80 cm što nikako ne može predstavljati promenu položaja iz sedećeg u ležeći položaj kako je objašnjeno u odgovoru 04.11.2019. na Portalu.

Појашњење:

1. Електрични болнички кревет

- Бочне ограде, панели узглавља и узножја болничког кревета морају бити од пуног дрвета букве, значи материјал је пуно дрво буква.
- Наручилац је извршио измену конкурсне документације.

Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019. године за ЈН ОП 08/2019.

Комисија за ЈН ОП 08/2019