

**ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"**

Фрушкогорска бр. 32, 21000 Нови Сад

Број:05/9

Датум:06.03.2020. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – медицинска опрема и намештај за домове Лиман, Ново Насеље и Футог, бр. 05/4 од 31.01.2020. године, сачинила је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ ДОБАРА - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ ЗА  
ДОМОВЕ ЛИМАН, НОВО НАСЕЉЕ И ФУТОГ, ЈН ОП 05/2020**

У делу 2. Конкурсне документације бр.05/7 од 05.02.2020. године ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА), страна 5/45 у табели додаје се ставка под редним бројем 4

4	<p><b>Кревет за купање - електрични</b>, Кревет за купање пацијената, електрично подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 100 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ± 2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 ° у циљу одвода воде током и након туширања.</p> <p>Конструкција од челика.</p> <p>Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну блокаду.</p> <p>Обориве бочне стране до 180 ° ради лакшег трансфера пацијената.</p> <p>Максимална носивост најмање 200 кг.</p>	ком	2
---	---	-----	---

**Мења се и сада гласи:**

4	<p><b>Кревет за купање - електрични</b>, Кревет за купање пацијената, електрично подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 100 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ± 2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 ° у циљу одвода воде током и након туширања.</p> <p>Конструкција од челика.</p> <p>Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну блокаду.</p> <p>Обориве бочне стране до 180 ° ради лакшег трансфера пацијената.</p> <p>Максимална носивост најмање 200 кг.</p>	ком	1
---	---	-----	---

**А додаје се ставка:**

8	<p><b>Кревет за купање – механички,</b></p> <p>Подесив по висини 60 цм+- 2 цм до 95 цм +- 2цм, помоћу хидрауличног клипа, са коритом за купање дужине 205 цм+-2цм и ширине 75цм+-2цм, које се може нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 ° у циљу одвода воде током и након туширања</p> <p>Конструкција од челика.</p> <p>Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну блокаду.</p> <p>Обориве бочне стране до 180 ° ради лакшег трансфера пацијената.</p> <p>Максимална носивост најмање 180 кг.</p>	ком	1
---	---	-----	---

**Обзиром да су извршене измене конкурсне документације и да су неки понуђачи већ доставили узорке, није потребно доставити узорак за ставку 8. Кревет за купање – механички.**

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Измене и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници ([www.gerontns.co.rs](http://www.gerontns.co.rs)).

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова понуда ће бити одбијена.

Комисија за ЈН ОП 05/2020